

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA	80115310073
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL	1120075K
LOTE / LOT:	10736625228
DATA DE FABR./MANUF. DATE	14/07/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	13/05/2027
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PADRAO DE PROTEINA TOTAL 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL	1120003P
LOTE / LOT:	10737125133
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/11/2027
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PROTEINA TOTAL R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL	1120020R1K
LOTE / LOT:	10737825132
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	13/05/2027
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PROTEINA TOTAL R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL	1120015R2K
LOTE / LOT:	10737925130
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	13/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO AZUL/CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	12.8 (12.6-13.0)	12,78
pH R2	13.3 (13.1-13.5)	13,27
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.045 (0.030-0.060)	0,047
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According