

TopKon L



Anvisa 80115310105

Soro controle de Lipídios
Sérum de control Lipidos

Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)

LOT 1077792475

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

12-2026

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro Parámetro	Método Método	Equipamento Equipamento	Valor Médio Valor medio	Límites de referência* Límites de referencia*	1 SD 1 SD	Unidade Unidad
APO A1 Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico Imunoturbidimétrico	Respos 910, 920 e 940	114 1,14	91,3 - 137 0,913 - 1,37	7,62 0,076	mg/dL g/L
APO B Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico Imunoturbidimétrico	Respos 910, 920 e 940	77,3 0,773	61,8 - 92,7 0,618 - 0,927	5,15 0,052	mg/dL g/L
COLESTEROL Colesterol total	CHOD-PAP	Respos 910, 920 e 940	149 3,85 1,49	128 - 170 3,31 - 4,39 1,28 - 1,70	7,00 0,180 0,070	mg/dL mmol/L g/L
FOSFOLIPÍDIOS Fosfolípidios Fosfolípidos	Enzimático	Respos 910	239 3,08 2,39	191 - 287 2,46 - 3,70 1,91 - 2,87	16,0 0,207 0,160	mg/dL mmol/L g/L
HDL-C Colesterol HDL	Direto, colorimétrico CHOD-PAP Precipitante	Respos 910, 920 e 940	41,0 1,06 0,410 34,7 0,897 0,347	32,8 - 49,2 0,848 - 1,27 0,328 - 0,492 27,7 - 41,6 0,717 - 1,08 0,277 - 0,416	2,73 0,070 0,027 2,32 0,061 0,023	mg/dL mmol/L g/L mg/dL mmol/L g/L
LDL-C Colesterol LDL	Direto, colorimétrico CHOD-PAP Precipitante	Respos 910, 920 e 940	93,6 2,42 0,936 103 2,66 1,03	74,9 - 112 1,94 - 2,90 0,749 - 1,12 82,4 - 124 2,13 - 3,20 0,824 - 1,24	6,18 0,160 0,062 6,93 0,178 0,069	mg/dL mmol/L g/L mg/dL mmol/L g/L
NEFA Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados	Enzimático	Respos 910	15,2 0,538 0,152	12,2 - 18,2 0,430 - 0,646 0,122 - 0,182	1,00 0,036 0,010	mg/dL mmol/L g/L
TRIGLICERÍDEOS Triglicerídeos Trigliceridos	GPO-PAP	Respos 910, 920 e 940	108 1,22 1,08	86,6 - 130 0,975 - 1,46 0,866 - 1,30	7,23 0,081 0,072	mg/dL mmol/L g/L



Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

www.kovalent.com.br

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 sac@kovalent.com.br