

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310041
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
LOTE / LOT: 10709925305
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/06/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE UREIA 3ML
LOTE / LOT: 10725625155
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R1 200ML
LOTE / LOT: 10720125209
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV R2 50ML
LOTE / LOT: 10720425185
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/04/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,79
pH R1+R2	7,80 (7,70-7,90)	7,80
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,59
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,248
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,922
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control