

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310041
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREA UV R1 3X26,67ML + R2 1X20ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL 1070100.01K
LOTE / LOT: 112048258
DATA DE FABR./MANUF. DATE 20/08/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE UREA 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL 1070003P
LOTE / LOT: 10725625155
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREA UV R1 26,67ML
COD. INTERNO / INTERNAL 107026.67R1K
LOTE / LOT: 112060258
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 20/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREA UV R2 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL 1070020R2K
LOTE / LOT: 112061258
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 14/07/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,81
pH R1 + R2	7,80 (7,70-7,90)	7,84
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,61
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,231
Absorbancia / Absorbance R1+ R2	1,850 (1,700-2,000)	1,904
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.