

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

LOTE / LOT:

DATA DE FABR./MANUF. DATE

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

80115310194

ACIDO URICO WS R1 2X200ML + R2 1X100ML

10933425102

09/10/2025

05/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:

LOTE / LOT:

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

ACIDO URICO WS R1 200ML

1093372596

05/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:

LOTE / LOT:

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

ACIDO URICO WS R2 100ML

1093382597

06/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,00
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,00
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,002
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,008
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.