

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310195  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 3X40ML  
LOTE / LOT: 1124332524  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 15/10/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL WS 40ML  
LOTE / LOT: 1124342524  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/09/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID                                                          | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL                                                     | Conforme/According  |
| pH                                | 6.70 (6.60-6.80)                                                                           | 6,71                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0,005               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control