

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310196  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** FOSFATO UV WS R1 4 X 38,6ML + R2 4 X 11,4ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 3040050TWS  
**LOTE / LOT:** 1112352546  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 15/10/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/09/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** FOSFATO UV WS R1 38,6ML + R2 11,4ML  
**LOTE / LOT:** 1112342545  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 16/09/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION                 | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1               | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID                                             | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2               | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR COLOURLESS LIQUID                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                         | PARECIDO COM DERIVADOS DE POLI-OXIDOS/SIMILAR TO POLYOXY-DERIVATIVES                       | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                                   | 0.80 (0.70-0.90)                                                                           | 0,76                |
| pH R2                                   | 4.80 (4.70-4.90)                                                                           | 4,77                |
| pH R1 + R2                              | 0.90 (0.80-1.00)                                                                           | 0,88                |
| Absorbancia / Absorbance R1             | 0.025 (0.000-0.050)                                                                        | 0,012               |
| Absorbancia / Absorbance (R1 + R2) - R1 | 0.150 (0.000-0.300)                                                                        | 0,08                |
| Absorbancia / Absorbance R2             | 0.125 (0.000-0.250)                                                                        | 0,208               |
| Teste funcional / Functional test       | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control