

**Certificado de Análise**  
**Analysis Certificate**

MS ANVISA 80115310204  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 4X43,6ML  
LOTE / LOT: 1111852565  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/07/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE MONORREAGENTE 43,6ML  
LOTE / LOT: 1111862563  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/06/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance            | LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH                              | Conforme/According  |
| Odor / Odour                      | LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL                                                   | Conforme/According  |
| pH                                | 7.5 (7.4-7.6)                                                                              | 7,54                |
| Absorbancia / Absorbance          | 0.025 (0.000-0.050)                                                                        | 0,004               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control