

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310042
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LACTATO R1 1 X 40 ML + R2 1 X 10 ML
LOTE / LOT: 1127742521
DATA DE FABR./MANUF. DATE 14/10/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R1 40 ML
LOTE / LOT: 1127702518
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LACTATO R2 10 ML
LOTE / LOT: 1127712515
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According