

Topkal Ferritina

Anvisa 80115310202



Art.: 6210004KC (4 x 1 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-ferritina-4-niveis/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-ferritina-4-niveis/>

Parâmetro	Níveis	Artigos	
1096092540	Nível 1	6210001N1	09-2027
LOT 1096182540	Nível 2	6210001N2	09-2027
1096192540	Nível 3	6210001N3	09-2027
1096202540	Nível 4	6210001N4	09-2027

Parâmetro	Método	Níveis	Valor	Unidade
Parámetro	Método	Niveles	Valor	Unidad
TOPKAL FERRITINA Topkal Calibrador Ferritina	Padronização OMS Estandarización de la OMS	1	30,4	ng/mL
		2	119	ng/mL
		3	238	ng/mL
		4	475	ng/mL



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@koalent.com.br