

Controle Multiparamétrico de Proteínas



Anvisa 80115310078

Art.: 4140002KC (2 x 1 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/controle-multiparametrico-de-proteinas/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/controle-multiparametrico-de-proteinas/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

LOT 10772625112 **Artigo** 4140001C 03-2028

Parâmetro	Método / Padronização	Valor Médio	Limites de referência*			1 SD	Unidade
Parámetro	Método / Estandarización	Valor medio	Límites de referencia*			1 SD	Unidad
α1-Antitripsina	ERM-DA470k/IFCC	157	133	-	181	8,00	mg/dL
α1-Glicoproteína ácida Monoreagente	ERM-DA470k/IFCC	80,6	68,5	-	92,7	4,03	mg/dL
Ceruloplasmina	Siemens	22,1	17,7	-	26,5	1,47	mg/dL
Complemento C3	ERM-DA470k/IFCC	141	120	-	162	7,00	mg/dL
Complemento C4	ERM-DA470k/IFCC	33,3	28,3	-	38,3	1,67	mg/dL
Ferritina	OMS	121	103	-	139	6,00	ng/mL
FR	Método IgG humano agregado/OMS	60,3	51,3	-	69,3	3,00	UI/mL
Haptoglobilina	ERM-DA470k/IFCC	134	114	-	154	6,67	mg/dL
IgA	ERM-DA470k/IFCC	239	203	-	275	12,0	mg/dL
IgG	ERM-DA470k/IFCC	1100	935	-	1265	55,0	mg/dL
IgM	ERM-DA470k/IFCC	134	114	-	154	6,67	mg/dL
Inibidor C1-Esterase	Siemens	40,4	34,3	-	46,5	2,03	mg/dL
PCR	ERM-DA474/IFCC	4,52	3,84	-	5,20	0,227	mg/dL
Transferrina	ERM-DA470k/IFCC	207	176	-	238	10,3	mg/dL



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br