

Certificado de Análise  
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310048  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA DIRETA R1 1X40ML + R2 1X10ML  
LOTE / LOT: 1124192528  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 31/07/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R1 40ML  
LOTE / LOT: 1124202529  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R2 10ML  
LOTE / LOT: 1124212528  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/12/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID                                            | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID                                           | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 1.10 (1-1.2)                                                                               | 1,18                |
| pH R2                             | 0.1 (0-0.2)                                                                                | 0,15                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0-0.03)                                                                             | 0,000               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.015 (0-0.03)                                                                             | 0,001               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control