

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310048
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML
LOTE / LOT: 1101352595
DATA DE FABR./MANUF. DATE 30/06/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R1 20ML (MIURA)
LOTE / LOT: A1101362592
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R2 15ML (MIURA)
LOTE / LOT: A1101372593
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1,18
pH R2	0.1 (0-0.2)	0,15
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0-0.03)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0-0.03)	0,001
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.