

Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA	80115310048
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA DIRETA R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML
LOTE / LOT:	1112132567
DATA DE FABR./MANUF. DATE	30/06/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	BILIRRUBINA DIRETA R1 38,6 ML + R2 11,4 ML
LOTE / LOT:	1112122568
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1,18
pH R2	0.1 (0-0.2)	0,15
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0-0.03)	0,000
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0-0.03)	0,001
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control