

Certificado de Análise  
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310055  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 1X40ML + R2 1X10ML  
LOTE / LOT: 1124162528  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 25/09/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 40ML  
LOTE / LOT: 1124172528  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R2 10ML  
LOTE / LOT: 1124182525  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/02/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                                     | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH                        | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                                   | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                                   | Conforme/According  |
| pH R1                             | 0.80 (0.7-0.9)                                                                                    | 0,79                |
| pH R2                             | 0.90 (0.8-1)                                                                                      | 0,90                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)                                                                               | 0,002               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.015 (0.000-0.030)                                                                               | 0,004               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS        | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control