

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310055  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 1X40ML + R2 1X10ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1090050MK  
**LOTE / LOT:** 1124162530  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 10/11/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/04/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 40ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1090040R1MK  
**LOTE / LOT:** 1124172531  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 03/04/2027

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R2 10ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1090010R2MK  
**LOTE / LOT:** 1124182528  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/04/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                                     | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH                        | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                                   | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                                   | Conforme/According  |
| pH R1                             | 0.80 (0.7-0.9)                                                                                    | 0,80                |
| pH R2                             | 0.90 (0.8-1)                                                                                      | 0,90                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)                                                                               | 0,008               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.015 (0.000-0.030)                                                                               | 0,007               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS        | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control