

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION

LOTE / LOT:

DATA DE FABR./MANUF. DATE

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

80115310055

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML

1101382587

19/03/2025

22/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:

LOTE / LOT:

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 20ML (MIURA)

1101392584

22/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:

LOTE / LOT:

DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:

BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R2 15ML (MIURA)

1101402582

27/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO A LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELO A LEVEMENTE AVERMELHADO/CLEAN, YELLOW TO SLIGHTLY REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	0.80 (0.7-0.9)	0,83
pH R2	0.90 (0.8-1)	0,90
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0.000-0.030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0.000-0.030)	0,001
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.