



Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310126
Descrição / Description CK-MB R1 3X20ML + R2 1X15ML
Lote / Lot: 11014325113
Data de Fabr./Manuf. Date 11/07/2025
Data de Validade / Expiry Date: 30/05/2026

Descrição / Description: CK-MB R1 20ML (MIURA)
Lote / Lot: 11014425108
Data de Validade / Expiry Date: 30/05/2026

Descrição / Description: CK-MB R2 15ML (MIURA)
Lote / Lot: 11014525108
Data de Validade / Expiry Date: 30/05/2026

Descrição / Description	Especificação / Specification	Resultado / Results
Aparência / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparência / Appearance R2	LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control