

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**MS ANVISA** 80115310044  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2020075M  
**LOTE / LOT:** 11014625111  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 24/09/2025  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 05/09/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CK-NAC DGKC/IFCC R1 20ML (MIURA)  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2020020R1M  
**LOTE / LOT:** 11014725105  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 05/09/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** CK-NAC DGKC/IFCC R2 15ML (MIURA)  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2020015R2M  
**LOTE / LOT:** 11014825107  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/09/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID                                            | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | LEVE ODOR (TIOL)/ SLIGHT SMELL (TIOL)                                                      | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERÍSTICO/ NO CHARACTERISTIC ODOUR                                           | Conforme/According  |
| pH R1                             | 6,00 (5,90 - 6,10)                                                                         | 6,05                |
| pH R2                             | 9,00 (8,90 - 9,10)                                                                         | 9,00                |
| pH R1+R2                          | 6,50 (6,40 - 6,60)                                                                         | 6,52                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,190 (0,100 - 0,280)                                                                      | 0,203               |
| Absorbancia / Absorbance R1+ R2   | 0,250 (0,100 - 0,400)                                                                      | 0,332               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
 Controle de Qualidade / Quality Control