

Certificado de Análise
Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310211
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CALCIO ARSENAZO III WS 4 X 23,7 ML (RESPONS)
LOTE / LOT: 1112212540
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/01/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: CALCIO MONORREAGENTE 23,7 ML
LOTE / LOT: 1112202540
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VIOLETA/CLEAR, VIOLET	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	7,50 (7,40-7,60)	7,44
Absorbancia / Absorbance	0,390 (0,280-0,500)	0,371
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control