

Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310195
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 4 X 43,6 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020174.4RWS
LOTE / LOT: 1112032562
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/11/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL MONORREAGENTE WS 43,6 ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020043.6RWS
LOTE / LOT: 1112022561
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 19/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,71
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,005
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control