



Certificado de Análise  
Analysis Certificate

ANVISA 80115310101  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLINESTERASE DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2090075K  
LOTE / LOT: 10793725125  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/11/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLINESTERASE DGKC R1 20ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2090020R1K  
LOTE / LOT: 10793825101  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/03/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLINESTERASE DGKC R2 15ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2090015R2K  
LOTE / LOT: A10794025104  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 13/03/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, AMARELO/CLEAR, YELLOW                                                             | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO, INCOLOR A AMARELO PALHA/CLEAR, COLOURLESS TO PALE YELLOW                          | Conforme/According  |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control