

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310054
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2030250K
LOTE / LOT: 10731425176
DATA DE FABR./MANUF. DATE 27/10/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2030040R1K
LOTE / LOT: 10738525172
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: FOSFATASE ALCALINA IFCC R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2030050R2K
LOTE / LOT: 10738625168
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE AMINAS/SLIGHT SMELL AMINES	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	10,4 (10,3-10,5)	10,43
pH R2	9,0 (8,9-9,1)	9,00
pH R1 + R2	10,4 (10,3-10,5)	10,41
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,45 (0,300-0,600)	0,431
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.