

Certificado de Análise  
Analysis Certificate

ANVISA 80115310254  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GAMA GT R1 1X40ML + R2 1X10ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2160050MK  
LOTE / LOT: 1124502525  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 23/10/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GAMA GT R1 40ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2160040R1MK  
LOTE / LOT: 1124512525  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/01/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GAMA GT R2 10ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2160010R2MK  
LOTE / LOT: 1124522524  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/12/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS                                                         | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO E AMARELADO/CLEAR, YELLOWISH LIQUID                                                | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 8.28 (8.18-8.38)                                                                           | 8,26                |
| pH R2                             | 6.00 (5.90-6.10)                                                                           | 6,06                |
| pH R1 + R2                        | 8.25 (8.15-8.35)                                                                           | 8,24                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0.015 (0.000-0.030)                                                                        | 0,001               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0.550 (0.450-0.650)                                                                        | 0,555               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control