

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310267
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION HDL-C DIRETO R1 1X200ML + R2 1X50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160250K
LOTE / LOT: 1119742560
DATA DE FABR./MANUF. DATE 24/10/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160200R1K
LOTE / LOT: 1119832555
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160050R2K
LOTE / LOT: 1119992556
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 17/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSA CLARO/CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	6,85 (6,8-6,9)	6,84
pH R2	8,15 (8,1-8,2)	8,13
Absorbancia / Absorbance R1	0,0150 (0,000-0,0300)	0,008
Absorbancia / Absorbance R1+R2	0,0250 (0,000-0,0500)	0,011
Teste funcional / Functional test	± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control