



Certificado de Análise

Analysis Certificate

MS ANVISA 80115310267
Descrição / Description HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML
Lote / Lot: 1119852549
Data de Fabr./Manuf. Date 11/08/2025
Data de Validade / Expiry Date: 28/02/2027

Descrição / Description: HDL-C DIRETO R1 20ML (MIURA)
Lote / Lot: 1119812549
Data de Validade / Expiry Date: 28/02/2027

Descrição / Description: HDL-C DIRETO R2 15ML (MIURA)
Lote / Lot: 1119972549
Data de Validade / Expiry Date: 28/02/2027

Descrição / Description	Especificação / Specification	Resultado / Results
Aparência / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO/CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
Aparência / Appearance R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control