

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

**ANVISA** 80115310267  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** HDL-C DIRETO R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1160200R  
**LOTE / LOT:** 1119892439  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 26/12/2024  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/08/2026

**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:** HDL-C DIRETO R1 38,6 ML + R2 11,4 ML  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1160050T  
**LOTE / LOT:** 1119882439  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 17/08/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION       | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LÍQUIDO LÍMPIDO ICOLOR A ROSA CLARO | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LÍQUIDO LÍMPIDO AMARELO CLARO       | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERÍSTICO             | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERÍSTICO             | Conforme/According  |
| pH R1                             | 6,85 (6,80 - 6,90)                  | 6,88                |
| pH R2                             | 8,15 (8,10 - 8,20)                  | 8,16                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,0150 (0,0000 - 0,0300)            | 0,007               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 0,0250 (0,000 - 0,0500)             | 0,009               |
| Teste funcional / Functional test | ± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES   | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

**NAYANE LIMA**  
Controle de Qualidade / Quality Control