



Certificado de Análise  
Analysis Certificate

ANVISA 80115310103  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LDH DGKC R1 3X20ML + R2 1X15ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2100075K  
LOTE / LOT: 10794425166  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 22/10/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDH DGKC R1 20ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2100020R1K  
LOTE / LOT: 10722525155  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 23/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: LDH DGKC R2 15ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2100015R2K  
LOTE / LOT: 10722625137  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/09/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID                                                   | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO E INCOLOR/CLEAR CLOURLESS LIQUID                                                   | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 7,45 (7,35-7,55)                                                                           | 7,48                |
| pH R2                             | 9,60 (9,50-9,70)                                                                           | 9,62                |
| pH R1 + R2                        | 7,50 (7,40-7,60)                                                                           | 7,6                 |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,015 (0,000-0,030)                                                                        | 0,015               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 1,300 (1,100-1,500)                                                                        | 1,382               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control