

Controle de PCR



Anvisa 80115310091

Art.: 4070002KC (2 x 1 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/controle-pcr/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/controle-pcr/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

LOT 10775125109

Art.: 4070001C

 02-2028

Parâmetro	Método	Níveis	Valor Médio	Limites de referência*		1 SD	Unidade
Parámetro	Método	Niveles	Valor medio	Límites de referencia*		1 SD	Unidad
Controle PCR	ERM-DA474/IFCC	1	3,64	3,09	- 4,19	0,18	mg/dL



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br