

Certificado de Análise  
Analysis Certificate

ANVISA 80115310047  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGO (IFCC) R1 4 X 34,5 ML + R2 4 X 10,3 ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2040179.2R  
LOTE / LOT: 1111952586  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 31/10/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGO (IFCC) R1 34,5 ML + R2 10,3 ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2040044.8T  
LOTE / LOT: 1111942583  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 15/09/2026

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                                              | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS                                                         | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIQUIDO LIMPIDO, AMARELO PALHA/CLEAR, STRAW YELLOW LIQUID                                  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                                            | Conforme/According  |
| pH R1                             | 7,65 (7,55-7,75)                                                                           | 7,66                |
| pH R2                             | 9,60 (9,50-9,70)                                                                           | 9,64                |
| pH R1 + R2                        | 7,65 (7,55-7,75)                                                                           | 7,66                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,015 (0,00-0,03)                                                                          | 0,011               |
| Absorbancia / Absorbance R1 + R2  | 1,875 (1,80-1,95)                                                                          | 1,903               |
| Teste funcional / Functional test | DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control