



Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310051
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TGP (IFCC) R1 3X20ML + R2 1X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050075K
LOTE / LOT: 10708325255
DATA DE FABR./MANUF. DATE 30/10/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050020R1K
LOTE / LOT: 10722325197
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 31/12/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: TGP (ALAT) R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2050015R2K
LOTE / LOT: 10722425202
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/09/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,15 (7,05-7,25)	7,16
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,63
pH R1 + R2	7,15 (7,05-7,25)	7,20
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,011
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,875 (1,800-1,950)	1,906
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control