

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310189
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION UREIA UV WS R1 4X30ML + R2 2X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070150MWS
LOTE / LOT: 11018725105
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/11/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV WS R1 30ML (MIURA)
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070030R1MWS
LOTE / LOT: A11018825104
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 26/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: UREIA UV WS R2 15ML (MIURA)
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1070015R2MWS
LOTE / LOT: A11018925103
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/08/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIMPIDO, INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIMPIDO, AMARELADO/CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	LEVE ODOR DE TIOL/SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,80 (7,70-7,90)	7,79
pH R1+R2	7,80 (7,70-7,90)	7,82
pH R2	9,60 (9,50-9,70)	9,62
Absorbancia / Absorbance R1	0,250 (0,200-0,300)	0,243
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	1,850 (1,700-2,000)	1,917
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control