

Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA	80115310046
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ACIDO URICO R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1010250K
LOTE / LOT:	10708526239
DATA DE FABR./MANUF. DATE	12/01/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	24/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	PADRAO DE ACIDO URICO 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1010003P
LOTE / LOT:	10731325143
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	24/10/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	ACIDO URICO R1 200ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1010200R1K
LOTE / LOT:	10718626165
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	22/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION:	ACIDO URICO R2 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1010050R2K
LOTE / LOT:	10718726153
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	19/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR IQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,02
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,00
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,002
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,011
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According