

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310194
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO WS R1 2X40ML + R2 2X10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010100MKWS
LOTE / LOT: 1124082528
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/12/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R1 40ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010040R1MKWS
LOTE / LOT: 1124092527
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ACIDO URICO WS R2 10ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010010R2MKWS
LOTE / LOT: 1124102527
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 25/05/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LÍQUIDO LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO/CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LÍQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA/CLEAR LIQUID , STRAW YELLOW TO STRAW BROWN LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	7,0 (6,9-7,1)	7,00
pH R2	7,0 (6,9-7,1)	7,08
Absorbancia / Absorbance R1	0,015 (0,000-0,030)	0,001
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0,025 (0,000-0,050)	0,004
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control