

Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310072
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110060K
LOTE / LOT: 10836525165
DATA DE FABR./MANUF. DATE 16/12/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE ALBUMINA 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110003P
LOTE / LOT: 10737025111
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 16/04/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: ALBUMINA MONORREAGENTE 30ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110030MK
LOTE / LOT: 10836425109
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/10/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, VERDE PALHA/CLEAR, STRAW GREEN	Conforme/According
Odor / Odour	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH	4.2 (4.1-4.3)	4,20
Absorbancia / Absorbance	0.225 (0.100-0.350)	0,241
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control