

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310048
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080075K
LOTE / LOT: 10710025198
DATA DE FABR./MANUF. DATE 15/12/2025
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R1 20ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080020R1K
LOTE / LOT: 10720725169
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 30/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: BILIRRUBINA DIRETA R2 15ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080015R2K
LOTE / LOT: 10720625167
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 29/04/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Aparencia / Appearance R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR/CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour R1	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
Odor / Odour R2	SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1	1.10 (1-1.2)	1,16
pH R2	0.1 (0-0.2)	0,08
Absorbancia / Absorbance R1	0.015 (0-0.03)	0
Absorbancia / Absorbance R1 + R2	0.015 (0-0.03)	0
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS CONTROLES/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROLS	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control