



Certificado de Análise
Analysis Certificate

ANVISA 80115310040
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250K
LOTE / LOT: 10708726205
DATA DE FABR./MANUF. DATE 19/01/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE COLESTEROL 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020003P
LOTE / LOT: 10725325107
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/06/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: COLESTEROL MONORREAGENTE 250ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250MK
LOTE / LOT: 10719026185
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/12/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO ROSADO/CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	6.70 (6.60-6.80)	6,71
Absorbancia / Absorbance	0.015 (0.000-0.030)	0,006
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control