

Certificado de Análise

Analysis Certificate

ANVISA 80115310038
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE GOD-PAP 2X50ML + 1X3ML PADRAO
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040100K
LOTE / LOT: 1120432516
DATA DE FABR./MANUF. DATE 06/01/2026
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: PADRAO DE GLICOSE 3ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040003P
LOTE / LOT: 10725525143
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 22/05/2028

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: GLICOSE GOD-PAP 50ML
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040050MK
LOTE / LOT: 1120522512
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/09/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
Aparencia / Appearance	LIMPIDO, AMARRONZADO A AVERMELHADO/CLEAR, BROWNISH TO REDDISH	Conforme/According
Odor / Odour	LEVE ODOR DE FENOL/SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH	7.5 (7.4-7.6)	7,50
Absorbancia / Absorbance	0.025 (0.000-0.050)	0,003
Teste funcional / Functional test	DENTRO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO CONTROLE/WITHIN THE REFERENCE VALUES OF THE CONTROL	Conforme/According

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA
Controle de Qualidade / Quality Control