

## Certificado de Análise

### Analysis Certificate

ANVISA 80115310267  
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION HDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160075K  
LOTE / LOT: 11198425103  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/12/2025  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R1 20ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160020R1K  
LOTE / LOT: 1119802561  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/02/2027

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION: HDL-C DIRETO R2 15ML  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1160015R2K  
LOTE / LOT: 1119962565  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 18/02/2027

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION           | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                                    | RESULTADO / RESULTS |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aparencia / Appearance R1         | LIMPIDO, INCOLOR A ROSA CLARO/CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK | Conforme/According  |
| Aparencia / Appearance R2         | LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO/CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH           | Conforme/According  |
| Odor / Odour R1                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                  | Conforme/According  |
| Odor / Odour R2                   | SEM ODOR CARACTERISTICO/NO CHARACTERISTIC ODOUR                  | Conforme/According  |
| pH R1                             | 6,85 (6,8-6,9)                                                   | 6,83                |
| pH R2                             | 8,15 (8,1-8,2)                                                   | 8,12                |
| Absorbancia / Absorbance R1       | 0,0150 (0,000-0,0300)                                            | 0,008               |
| Absorbancia / Absorbance R1+ R2   | 0,0250 (0,000-0,0500)                                            | 0,011               |
| Teste funcional / Functional test | ± 10% DO VALOR ALVO DOS CONTROLES                                | Conforme/According  |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without signature.

NAYANE LIMA  
Controle de Qualidade / Quality Control