

TopKal U

kovalent

Anvisa 80115310088

Soro de calibração universal

Suero de calibración universal

Art.: 6050006KC (2 x 3 mL)

6050012KC (4 x 3 mL)

6050018KC (6 x 3 mL)

LOT 10778325201

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

 **02-2027**

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-u/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-u/>

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
Ácido Úrico Acido Urico	Uricase - TBHBA	5,15	mg/dL
		306	μmol/L
		51,5	mg/L
	Uricase - TOOS	5,15	mg/dL
		306	μmol/L
		51,5	mg/L
Albumina Albumina	Verde de Bromocresol	3,76	g/dL
		37,6	g/L
Alfa Amilase G7 Alfa-Amilasa G7	EPS G-7	174	U/L
		2,90	μkat/L
Amilase Pancreática Amilasa Pancreática	EPS G-7	157	U/L
		2,62	μkat/L
Bilirrubina Direta Bilirrubina Directa	DCA	2,38	mg/dL
		40,7	μmol/L
		23,8	mg/L
Bilirrubina Total Bilirrubina Total	DCA	3,95	mg/dL
		67,5	μmol/L
		39,5	mg/L
Cálcio Calcio	Arsenazo	10,4	mg/dL
		5,20	mval/L
		2,60	mmol/L
	Fosfonazo	11,2	mg/dL
		5,60	mval/L
		2,80	mmol/L
Capacidade de ligação do ferro não saturado UIBC Capacidad de unión del hierro no saturado	Ferene / Ferrozine	216	μg/dL
		38,8	μmol/L
		2,16	mg/L
CK-NAC CK-NAC Total	DGKC, IFCC 37 °C	370	U/L
		6,16	μkat/L
Colesterol Colesterol	CHOD-PAP	153	mg/dL
		3,96	mmol/L
		1,53	g/L
Colinesterase Colinesterasa	Butiriltiocolina	5137	U/L
		85,6	μkat/L
Creatinina* Creatinina*	Jaffé sem compensação	3,87	mg/dL
		342	μmol/L
		38,7	mg/L
	Jaffé com compensação	4,32	mg/dL
		382	μmol/L
		43,2	mg/L
	Enzimática PAP	3,87	mg/dL
		342	μmol/L
		38,7	mg/L

TopKal U



Anvisa 80115310088

Soro de calibração universal
Suero de calibración universal

Art.: 6050006KC (2 x 3 mL)
6050012KC (4 x 3 mL)
6050018KC (6 x 3 mL)

LOT 10778325201

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

02-2027

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-u/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-u/>

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
Ferro Hierro	Ferene	192	µg/dL
		34,3	µmol/L
		1,92	mg/L
	Ferene Respons®920	198	µg/dL
		35,4	µmol/L
Fosfatase Alcalina Fosfatasa Alcalina	IFCC 37 °C	1,98	mg/L
		234	U/L
Fosfato Fosforo	Molibdato UV	3,91	µkat/L
		5,81	mg/dL
		1,87	mmol/L
		58,1	mg/L
Gama-GT Gamma-GT	Szasz padrão Szasz	83,9	U/L
		1,40	µkat/L
	Szasz padrão IFCC	94,9	U/L
		1,58	µkat/L
GLDH GLDH	DGKC 1970 37 °C	27,4	U/L
		0,456	µkat/L
Glicose Glucosa	GOD-PAP / Hexoquinase / G6P-DH	194	mg/dL
		10,7	mmol/L
		1,94	g/L
Lactato Lactato	LDH UV	27,8	mg/dL
		3,08	mmol/L
		278	mg/L
LDH LDH	DGKC opt. 1970 37 °C	437	U/L
		7,29	µkat/L
	IFCC, modificado	262	U/L
		4,37	µkat/L
Lipase Lipasa	Colorimétrico	102	U/L
		1,69	µkat/L
Magnésio Magnesio	Azul de xilidil	2,79	mg/dL
		2,30	mval/L
		1,15	mmol/L

TopKal U



Anvisa 80115310088

Soro de calibração universal
Suero de calibración universal

Art.: 6050006KC (2 x 3 mL)
6050012KC (4 x 3 mL)
6050018KC (6 x 3 mL)

LOT 10778325201

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

02-2027

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-u/>
En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-u/>

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
Nitrogênio Uréico no sangue Nitrógeno ureico en la sangre	Urease UV	49,1	mg/dL
		17,5	mmol/L
		0,491	g/L
Proteína Total Proteína Total	Biureto com branco de amostra	5,53	g/dL
		55,3	g/L
		6,06	g/dL
TGO AST/GOT	IFCC, com Piridoxal 5-fosfato 37 °C	96,7	U/L
		1,61	μkat/L
		97,8	U/L
TGP ALAT/GPT	IFCC, com Piridoxal 5-fosfato 37 °C	1,63	μkat/L
		96,0	U/L
		1,60	μkat/L
Triglicerídeos Trigliceridos	GPO-PAP	96,8	U/L
		1,61	μkat/L
		135	mg/dL
Uréia Urea	Urease UV	1,52	mmol/L
		1,35	g/L
		105	mg/dL
		17,5	mmol/L
		1,05	g/L

* Rastreabilidade GC-IDMS



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro
São Gonçalo - RJ - Brasil
CEP: 24722-414
CNPJ: 04.842.199/0001-56
Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414
E-mail: sac@kovalent.com.br