

# TopKal HbA1c



Anvisa 80115310146

Art.: 6090001KC (4 x 0,25 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://kovalent.com.br/produto/topkal-hba1c/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://kovalent.com.br/produto/topkal-hba1c/>

LOT	Níveis	Artigos	
1084102583	Nível 1	609000025N1	12-2026
1084112582	Nível 2	609000025N2	12-2026
1084122582	Nível 3	609000025N3	12-2026
1084132582	Nível 4	609000025N4	12-2026

VALORES DO CALIBRADOR DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO IFCC [mmol/mol]		
Parâmetro Parámetro	Níveis Niveles	Valores Valores 2 REAGENTES
<b>Topkal HbA1c</b> Topkal HbA1c	1	26,4
	2	53,3
	3	110
	4	130

VALORES DO CALIBRADOR DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DCCT/NGSP [%]		
Parâmetro Parámetro	Níveis Niveles	Valores Valores 2 REAGENTES
<b>Topkal HbA1c</b> Topkal HbA1c	1	4,57
	2	7,03
	3	12,2
	4	14,0



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)