



Lorne Laboratories Ltd.

Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
Danehill, Lower Earley,
Berkshire RG6 4UT, UK

Número do documento: F031

Revisão: 01

Data: 31 AGO 2022

Título: CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº da Página: 1 de 1

Certificado de análise

PRODUTO	PEG- ADD
NÚMERO DO LOTE	48549-A5
DATA DE FABRICAÇÃO	20/10/2025
DATA DE VALIDADE	20/10/2027
CORANTE	Nenhum
ARMAZENAMENTO	Refrigerado a 2 – 8°C
CARGA BIOLÓGICA	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm. O reagente não é estéril.
CONSERVANTE	< 0.1% de Azida Sódica p/v

TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE:

POTÊNCIA 32	SOLUÇÃO PBS 32
----------------	-------------------

CONTROLE DE QUALIDADE:

POTÊNCIA:

Este lote de PEG-ADD demonstrou potencialização sorológica adequada e nenhuma hemólise foi observada durante o teste

Este lote de PEG-ADD atende aos requisitos físicos e de potência estabelecidos internamente.

Revisor:	Coordenadora de Assessoria Científica
Assinatura:	<i>Alexandra Ferreira</i>
Data:	10 fevereiro de 2026



Lorne Laboratories Ltd.
Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate
Danehill, Lower Earley,
Berkshire RG6 4UT, UK

Document Number: F031

Revision Level: 01

Date: 31 AUG 2022

Title: CERTIFICATE OF ANALYSIS

Page Number: 1 of 1

Certificate of Analysis

(See LOR006 for Methodology)

PRODUCT	PEG-ADD
LOT NUMBER	48549-A5
DATE OF MANUFACTURE	2025-10-20
DATE OF EXPIRY	2027-10-20
STORAGE CONDITIONS	Refrigerate at 2 – 8°C
BIOBURDEN	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter. The reagent is not sterile
PRESERVATIVE	< 0.1% Sodium Azide w/v

QC TESTING:

POTENCY
32

PBS SOLUTION
32

QUALITY CONTROL:

This lot of PEG-ADD demonstrated adequate serological potentiation and no haemolysis was observed during testing

This lot of PEG-ADD meets potency and physical requirements established in-house

Title	Quality Assurance Coordinator
Signature	sangeetha natarajan Digitally signed by sangeetha natarajan Date: 2025.12.22 12:36:42 Z
Date:	22 DEC 2025