

# Topkal Ferritina



Anvisa 80115310202

Art.: 6210004KC (4 x 1 mL)

## Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-ferritina-4-niveis/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-ferritina-4-niveis/>

	Níveis	Artigos	
	1096092642	Nível 1	6210001N1 11-2028
<b>LOT</b>	1096182642	Nível 2	6210001N2 11-2028
	1096192642	Nível 3	6210001N3 11-2028
	1096202642	Nível 4	6210001N4 11-2028

Parâmetro	Método	Níveis	Valor	Unidade
Parámetro	Método	Niveles	Valor	Unidad
<b>TOPKAL FERRITINA</b> Topkal Calibrador Ferritina	<b>Padronização OMS</b> Estandarización de la OMS	1	32,3	ng/mL
		2	126	ng/mL
		3	246	ng/mL
		4	481	ng/mL



### Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)