

# Controle $\beta$ 2-Microglobulina

## Informações de compra



Cat. N.º	Dimensões da embalagem
105-004652-00	L: 3 x 1 mL + H: 3 x 1 mL

### Uso previsto

O Controle  $\beta$ 2-Microglobulina é usado para controle de qualidade da determinação quantitativa do analito  $\beta$ 2-microglobulina ( $\beta$ 2-MG) no soro/urina humana, monitorando a precisão e exatidão dos analisadores bioquímicos da série BS da Mindray e a capacidade de teste do laboratório clínico.

### Resumo

O analito do Controle  $\beta$ 2-MG é a  $\beta$ 2-microglobulina. O sistema de medição BS da Mindray é composto por analisadores químicos da série BS da Mindray, kits de reagentes da Mindray, calibradores e materiais de controle.

### Componentes

O Controle  $\beta$ 2-MG é um controle líquido à base de solução de  $\beta$ 2-microglobulina que contém 2 níveis: L, H com concentrações diferentes e específicas, e 0,09% de azida de sódio como conservante. Os valores de controle são específicos do lote com os modelos correspondentes listados na folha de valores.

### Armazenamento e estabilidade

O controle é estável até a data de vencimento indicada no rótulo quando armazenado no frasco fechado entre 2 a 8 °C e protegido da luz.

Após aberto, mantém-se estável por 5 dias quando bem fechado, protegido da luz, a uma temperatura entre 2 a 8 °C. A contaminação microbiana deve ser evitada.

Guarde o controle bem fechado quando não estiver em uso.

### Preparação

- 1.O controle está pronto para uso.
- 2.Recomenda-se retirar o frasco do refrigerador e deixar atingir a temperatura ambiente.
- 3.De acordo com o procedimento de controle de qualidade descrito no manual de operação dos analisadores.
- 4.Dispense o volume necessário em um recipiente de amostra e, em seguida, realize um teste de CQ solicitado ou analise-o da mesma forma que as amostras de pacientes.
- 5.Recomenda-se que o controle de qualidade seja realizado diariamente em paralelo com as amostras dos pacientes, após uma nova calibração ou troca do cartucho de reagente, após procedimentos específicos de manutenção ou resolução de problemas.

6. Execute a manutenção programada e a operação padrão, inclusive a calibração e a análise, para assegurar o desempenho do sistema de medição.

### **Materiais necessários, mas não fornecidos**

1. Materiais gerais de laboratório: Solução de NaCl 9 g/L (solução salina).
2. Kit de  $\beta$ 2-Microglobulina Mindray e Calibrador de  $\beta$ 2-Microglobulina. O número de catálogo do reagente e do calibrador pode ser obtido no kit de reagentes Mindray correspondente e nas instruções de uso do calibrador.
3. Analisadores químicos da série BS da Mindray e equipamentos gerais de laboratório.

### **Características de desempenho**

#### **■ Valores do ensaio e precisão**

Os valores do ensaio de controle (o valor-alvo e o intervalo) determinados pelo procedimento de transferência padrão e pelo método de rotina da Mindray estão listados na folha de valores. O valor-alvo foi obtido a partir do sistema de medição da Mindray e o intervalo foi calculado como valor-alvo  $\pm 3$  desvios padrão. Os valores de controle são específicos para diferentes números de lote e diferentes modelos de analisadores químicos, portanto, verifique o número de lote e o modelo do analisador antes de usar.

Os sistemas da Mindray (analisadores químicos da série BS/reagentes da Mindray) são calibrados por calibradores da Mindray e, em seguida, testam o controle nos sistemas da Mindray; os valores ensaiados devem estar dentro do intervalo definido.

#### **■ Homogeneidade**

Homogeneidade	Unidades
Homogeneidade intra-frasco	DP $\leq$ 0,40 mg/L ou CV $\leq$ 4,00%
Homogeneidade interfrascos	DP $\leq$ 0,60 mg/L ou CV $\leq$ 5,99%

### **Interpretação dos resultados**

Se o resultado do controle estiver fora do intervalo, o sistema de medição deverá ser verificado. Por exemplo, a posição do reagente ou da amostra colocada no analisador; a data de validade ou a condição de armazenamento do calibrador, do reagente e do controle; a configuração do parâmetro no software; o desempenho do analisador; ou o processo de calibração. Cada laboratório deve estabelecer seu próprio esquema de controle de qualidade interno e procedimento para ação corretiva.

### **Avisos e precauções**

1. Apenas para diagnóstico *in vitro*. Para uso profissional em laboratório.
2. Tome as precauções necessárias ao manusear todos os reagentes de

laboratório.

3. Confirme a integridade da embalagem antes de usá-la. Não use controles com embalagens danificadas. Evite a exposição direta dos controles à luz solar e ao congelamento. Os resultados não podem ser garantidos quando os reagentes são armazenados em condições inadequadas.
4. Se for aberto acidentalmente antes do uso, armazene os controles bem fechados a uma temperatura entre 2 e 8 °C e protegidos da luz, assim, a estabilidade será igual à estabilidade durante a utilização.
5. Não misture controles de lotes e frascos diferentes.  
Não use o controle após a data de validade e a data de uso.  
Não misture o controle recém-aberto com o controle em uso.  
Evite a formação de espuma.
6. Deve-se suspeitar de instabilidade ou deterioração se houver sinais visíveis de vazamento, precipitados ou crescimento microbiano, ou se a calibração ou os controles não atenderem aos critérios do folheto e/ou do sistema da Mindray.
7. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida se as instruções deste folheto explicativo não forem seguidas.
8. Contém conservante. Não ingira. Evite o contato com a pele e com as membranas mucosas.
9. Se o controle entrar acidentalmente nos olhos e na boca ou entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se necessário, consulte um médico para obter tratamento médico adicional.
10. A ficha de dados de segurança estará disponível para o profissional mediante solicitação.
11. O descarte dos resíduos deve ser feito de acordo com as diretrizes locais.
12. O controle foi testado com métodos marcados com CE e mostrou-se negativo para anticorpos contra HIV e HCV e não reativo para HBsAg. No entanto, uma vez que nenhum método de teste permite excluir o risco potencial de infecção com total segurança, este material deve ser considerado como amostra de paciente<sup>1</sup>.
13. Todo material humano deve ser considerado potencialmente infeccioso.
14. Todos os riscos identificados foram reduzidos na medida do possível sem afetar adversamente a relação risco-benefício, e o risco residual geral é aceitável.
15. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país em que o utilizador e/ou o paciente esteja estabelecido.

## Referências

1. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories; U.S. Department of

**Símbolos gráficos**

Produto para saúde  
para diagnóstico *in vitro*



Identificador  
único do  
dispositivo



Conformidade  
Europeia



Consultar as  
instruções para  
utilização



Validade



Representante  
autorizado na  
União Europeia



Código do lote



Limite de  
temperatura



Fabricante



Número do  
catálogo



Controle



Riscos  
biológicos



Manter afastado de luz solar  
Indica um produto para saúde que necessita  
de proteção contra fontes de luz

© 2020-2026 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados

**Fabricante:** Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

**Endereço:** Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

**Endereço de e-mail:** service@mindray.com

**Site:** www.mindray.com

**Tel.:** +86-755-81888998; **Fax:** +86-755-26582680

**Representante da EC:** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

**Endereço:** Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

**Tel.:** 0049-40-2513175; **Fax:** 0049-40-255726

**Cuidado**

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, POR FAVOR, VERIFIQUE O NÚMERO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES E AS INFORMAÇÕES DA VERSÃO CORRESPONDENTE.

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: **SAC**  
**(21) 3907 2534 / 0800 015 1414 / sac@koyalent.com.br**

**Regularizado por:**

Koyalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

ANVISA nº: 80115310356

Assistência Técnica/Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 015 1414 / (21) 3907-2534

sac@koyalent.com.br

www.grupokoyalent.com.br