

# Topkon Homocisteína (4 níveis)

Anvisa 80115310201

Art.: 620004KC (4 x 1 mL)



## Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <https://grupokovalent.com.br/reagente/topkon-homocisteina-4-niveis/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <https://grupokovalent.com.br/reagente/topkon-homocisteina-4-niveis/>

	Níveis	Artigos		
<b>LOT</b>	A1095882640	Nível 1	6200001N1	05-2027
	A1095892641	Nível 2	6200001N2	05-2027
	A1095902640	Nível 3	6200001N3	05-2027
	A1095912641	Nível 4	6200001N4	05-2027

Parâmetro	Método	Níveis	Valor Médio	Limites de referência*			1 SD	Unidade
Parâmetro	Método	Niveles	Valor medio	Limites de referencia*			1 SD	Unidad
<b>TOPKON HOMOCISTEÍNA</b> Topkon Controle Homocisteína	<b>Padronização OMS</b> Estandarización de la OMS	1	6,87	4,87	-	8,87	0,67	µmol/L
		2	12,15	10,15	-	14,15	0,67	µmol/L
		3	28,50	24,23	-	32,78	1,43	µmol/L
		4	38,53	32,75	-	44,31	1,93	µmol/L



### Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)