

TopKon L



Anvisa 80115310105

Soro controle de Lipídios
Sérum de control Lipidos

Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)

LOT 1077792578

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

09-2027

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro Parámetro	Método Método	Equipamento Equipamento	Valor Médio Valor medio	Límites de referência* Límites de referencia*	1 SD 1 SD	Unidade Unidad
APO A1 Apoliproteína A1	Imunoturbidimétrico Immunoturbidimétrico	Respons 910, 920 e 940	118 1,18	94,3 - 141 0,943 - 1,41	7,78 0,078	mg/dL g/L
APO B Apoliproteína B	Imunoturbidimétrico Immunoturbidimétrico	Respons 910, 920 e 940	87,4 0,874	69,9 - 105 0,699 - 1,05	5,85 0,059	mg/dL g/L
COLESTEROL Colesterol total	CHOD-PAP	Respons 910, 920 e 940	156 4,02 1,56	134 - 177 3,46 - 4,59 1,34 - 1,77	7,17 0,188 0,072	mg/dL mmol/L g/L
HDL-C Colesterol HDL	Direto, colorimétrico CHOD-PAP Precipitante	Respons 910, 920 e 940	38,6 0,998 0,386 31,6 0,817 0,316	30,9 - 46,3 0,798 - 1,20 0,309 - 0,463 25,3 - 37,9 0,654 - 0,981 0,253 - 0,379	2,57 0,067 0,026 2,10 0,055 0,021	mg/dL mmol/L g/L mg/dL mmol/L g/L
LDL-C Colesterol LDL	Direto, colorimétrico CHOD-PAP Precipitante	Respons 910, 920 e 940	100 2,59 1,00 107 2,78 1,07	80,3 - 120 2,08 - 3,11 0,803 - 1,20 85,9 - 129 2,22 - 3,33 0,86 - 1,29	6,62 0,172 0,066 7,18 0,185 0,072	mg/dL mmol/L g/L mg/dL mmol/L g/L
NEFA Ácidos Graxos não esterificados Ácidos Grasos no esterificados	Enzimático	Respons 910	16,4 0,580 0,164	13,1 - 19,7 0,464 - 0,696 0,131 - 0,197	1,10 0,039 0,011	mg/dL mmol/L g/L
TRIGLICERÍDEOS Triglicerídeos Trigliceridos	GPO-PAP	Respons 910, 920 e 940	111 1,25 1,11	88,8 - 133 1,00 - 1,50 0,888 - 1,33	7,37 0,083 0,074	mg/dL mmol/L g/L



Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

www.kovalent.com.br

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 sac@kovalent.com.br