

TopKal HDL/LDL



Anvisa 80115310095

Soro de calibração de lipídios
Suero de calibración de lípidos

Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)
6290004KC (2 x 2 mL)

LOT 1100102690

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

01-2029

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

Parâmetro Parámetro	Método / Padronização Método / Estandarización	Valor Valor	Unidade Unidad
HDL-C HDL Colesterol	Direto, colorimétrico / Método de referência do CDC	53,9	mg/dL
		1,39	mmol/L
		0,539	g/L
LDL-C LDL Colesterol	Direto, colorimétrico / NIST SRM 1951c, Nível 2	157	mg/dL
		4,07	mmol/L
		1,57	g/L
NEFA Ácidos graxos não esterificados	Enzimático / Padrão interno	27,3	mg/dL
		0,967	mmol/L
		0,273	g/L



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br