

Topkal Multi Turbi



Anvisa: 80115310203

Art.: 6240001KC (1 x 1 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-multi-turbi/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-multi-turbi/>

LOT 1097542672

Artigo
6240001C

09-2028

Parâmetro	Método / Padronização	Valor Médio	Unidade
Parámetro	Método / Estandarización	Valor medio	Unidad
α1-Antitripsina	ERM-DA470k/IFCC	399	mg/dL
α1-Glicoproteína ácida	ERM-DA470k/IFCC	224	mg/dL
Ceruloplasmina	Siemens	104	mg/dL
Complemento C3	ERM-DA470k/IFCC	334	mg/dL
Complemento C4	ERM-DA470k/IFCC	67	mg/dL
Haptoglobina	ERM-DA470k/IFCC	390	mg/dL
IgA	ERM-DA470k/IFCC	595	mg/dL
IgG	ERM-DA470k/IFCC	2673	mg/dL
IgM	ERM-DA470k/IFCC	412	mg/dL
Inibidor C1-Esterase	Siemens	63	mg/dL
Transferrina	ERM-DA470k/IFCC	849	mg/dL



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br