Controle Multiparamétrico de Proteínas

Anvisa 80115310078

Art.: 4140002KC (2 x 1 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: http://www.kovalent.com.br/produto/controle-multiparametrico-de-proteinas/

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: http://www.kovalent.com.br/produto/controle-multiparametrico-de-proteinas/

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

LOT	Artigo	
10772626119	4140001C	07-2028

Parâmetro Parámetro	Método / Padronização Método / Estandarización	Valor Médio Valor medio	Limites de referência* Límites de referencia*	1 SD 1 SD	Unidade Unidad
α1-Antitripsina	ERM-DA470k/IFCC	148	126 - 170	7,33	mg/dL
α1-Glicoproteína ácida Monoreagente	ERM-DA470k/IFCC	87,4	74,3 - 101	4,45	mg/dL
Ceruloplasmina	Siemens	22,8	18,2 - 27,4	1,53	mg/dL
Complemento C3	ERM-DA470k/IFCC	126	107 - 145	6,33	mg/dL
Complemento C4	ERM-DA470k/IFCC	33,6	28,6 - 38,6	1,67	mg/dL
Ferritina	OMS	162	138 - 186	8,00	ng/mL
FR	Método IgG humano agregado/OMS	76,9	65,4 - 88,4	3,83	UI/mL
Haptoglobilina	ERM-DA470k/IFCC	133	113 - 153	6,67	mg/dL
IgA	ERM-DA470k/IFCC	242	206 - 278	12,0	mg/dL
IgG	ERM-DA470k/IFCC	1068	908 - 1228	53,3	mg/dL
IgM Birreagente	ERM-DA470k/IFCC	198	168 - 228	10,0	mg/dL
Inibidor C1-Esterase	Siemens	37,5	31,9 - 43,1	1,87	mg/dL
PCR	ERM-DA474/IFCC	4,65	3,95 - 5,35	0,233	mg/dL
Transferrina	ERM-DA470k/IFCC	226	192 - 260	11,3	mg/dL

Kovalent do Brasil Ltda
Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro
São Gonçalo - RJ - Brasil
CEP: 24722-414
CNPJ: 04.842.199/0001-56
Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414
E-mail: sac@kovalent.com.br