TopKon L

Anvisa 80115310105

Soro controle de Lipídios **Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)**

Sérum de control Lipidos

LOT 1077792680

08-2028

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro Parámetro	Método Método	Equipamento Equipamento	Valor Médio Valor medio	Limites de referência* Límites de referencia*	1 SD 1 SD	Unidade Unidad
APO A1 Apoliproteína A1	Imunoturbidimétrico Inmunoturbidimétrico	Respons 910, 920 e 940	143 1,43	115 - 172 1,15 - 1,72	9,50 0,095	mg/dL g/L
APO B Apoliproteína B	Imunoturbidimétrico Inmunoturbidimétrico	Respons 910, 920 e 940	92,1 0,921	73,7 - 111 0,737 - 1,11	6,22 0,062	mg/dL g/L
COLESTEROL Colesterol total	CHOD-PAP	Respons 910, 920 e 940	173 4,48 1,73	149 - 198 3,85 - 5,11 1,49 - 1,98	8,17 0,210 0,082	mg/dL mmol/L g/L
HDL-C Colesterol HDL	Direto, colorimétrico	Respons 910, 920 e 940	44,3 1,15 0,443	35,4 - 53,2 0,916 - 1,37 0,354 - 0,532	2,97 0,076 0,030	mg/dL mmol/L g/L
	CHOD-PAP Precipitante		42,6 1,10 0,426	34,0 - 51,1 0,880 - 1,32 0,340 - 0,511	2,85 0,073 0,029	mg/dL mmol/L g/L
LDL-C Colesterol LDL	Direto, colorimétrico	Respons 910,920 e 940	99,1 2,56 0,991	79,3 - 119 2,05 - 3,08 0,793 - 1,19	6,62 0,172 0,066	mg/dL mmol/L g/L
	CHOD-PAP Precipitante		109 2,82 1,09	87,2 - 131 2,25 - 3,38 0,872 - 1,31	7,30 0,188 0,073	mg/dL mmol/L g/L
NEFA Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados	Enzimático	Respons 910	14,4 0,510 0,144	11,5 - 17,3 0,408 - 0,612 0,115 - 0,173	0,967 0,034 0,010	mg/dL mmol/L g/L
TRIGLICERÍDEOS Triglicerídeos Triglicéridos	GPO-PAP	Respons 910, 920 e 940	99,6 1,12 0,996	79,6 - 119 0,897 - 1,35 0,796 - 1,19	6,57 0,076 0,066	mg/dL mmol/L g/L

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

www.kovalent.com.br

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 sac@kovalent.com.br